

IT - Pro Race H.A.

Strumenti canalari meccanici

Descrizione

Gli strumenti canalari Pro Race H.A. sono realizzati con tecnologia Ni-Ti C New-Wire che conferisce maggiore elasticità e resistenza superiore rispetto ai normali strumenti Ni-Ti.

Indicazioni

Da utilizzare solo in studio odontoiatrico o in ambito ospedaliero da personale qualificato.

Campo di applicazione

Sagomatura e pulizia dei canali radicolari.

Misure

PRO RACE Heat Activation					
	∅	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Confezionamento

Dispositivo sterile in Blister da 6 pezzi (assortiti o singole misure).

Procedura raccomandata

Protocollo operativo:

- Predisporre un accesso al canale radicolare.
- Selezionare lo strumento Pro Race da utilizzare per la preparazione del canale.
- Se il canale è considerato stretto utilizzare lo strumento R25. Se il canale è considerato medio utilizzare lo strumento R40. Se il canale è considerato largo utilizzare lo strumento R50.
- Preparazione con lo strumento R25: stimare la lunghezza del canale radicolare con l'ausilio della radiografia e regolare lo stop sullo strumento a circa 2/3 della lunghezza stimata.
- Preparazione con lo strumento R40-R50: stabilire in modo elettronico la lunghezza di lavoro e regolare lo stop sullo strumento a tale lunghezza.
- Irrigare il canale con E.D.T.A. (Canal Prep) e ipoclorito (Endo Clor).
- Inserire lo strumento nel canale e muoverlo lentamente in senso apicale, applicando una pressione molto leggera; lo strumento può quindi avanzare facilmente. L'ampiezza dei movimenti di salita e discesa (passaggi) non deve superare i 3 mm.
- Dopo 3 passaggi pulire lo strumento, irrigare il canale e verificarne la pervietà.
- Ricapitolare finché non si raggiungono i 2/3 della lunghezza di lavoro stimata.
- Se si utilizza lo strumento R25, stabilire in modo elettronico la lunghezza di lavoro. Se si utilizza lo strumento R40 e
- R50, dopo aver preparato i 2/3 della lunghezza di canale, controllare in modo elettronico la lunghezza di lavoro stabilita inizialmente.
- Successivamente, ricapitolare finché non si raggiunge l'intera lunghezza di lavoro.
- Determinare il diametro apicale inserendo uno strumento manuale ISO superiore a quella dello strumento Pro Race inserito fino alla lunghezza di lavoro. Se lo strumento manuale viene inserito fino a 0,7 mm prima della lunghezza di lavoro, non è necessaria un'ulteriore estensione dell'area apicale. Se lo strumento manuale può essere inserito fino alla

lunghezza di lavoro, occorre di norma terminare la preparazione con uno strumento Pro Race più grande.

Durante la sequenza endodontica, irrigare ripetutamente con ipoclorito (Endo Clor) e E.D.T.A. (Canal Prep) al fine di eliminare tutto il tessuto necrotico e la componente organica del fango dentinale.

Conservazione

Il blister deve essere aperto solo al momento dell'intervento e in condizioni di asepsi controllata. Conservare a temperatura ambiente, al riparo da umidità e lontano da fonti di luce diretta.

Precauzioni

Prima dell'uso, si raccomanda di verificare con i pazienti l'eventuale allergia alle materie prime.

Si raccomanda di utilizzare sempre guanti chirurgici per la protezione individuale da contaminazione batterica. La mancata osservanza di questa regola può comportare infezioni crociate.

Avvertenze

- Dispositivo monouso, non è consigliato il riutilizzo per limitare i problemi legati alle infezioni crociate e/o alle rotture.
- Non utilizzare il blister se aperto o danneggiato.
- Qualora la confezione presentasse segni di manomissione o danneggiamenti a fronte del trasporto o di qualsiasi altra natura, si vieta l'utilizzo degli strumenti contenuti in quanto potrebbero aver perso la sterilità.
- Non forzare mai lo strumento nel canale.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata.
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

Non utilizzare in pazienti con sensibilità allergica nota alle materie prime.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso. Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

EN - Pro Race H.A.

Mechanical root canal instruments

Description

Pro Race H.A. root canal instruments are made with Ni-Ti C New-Wire technology, which provides greater elasticity and superior strength compared to normal Ni-Ti instruments.

Indications

For use in dental practices or hospitals by qualified personnel only.

Field of application

Shaping and cleaning root canals.

Measures

PRO RACE Heat Activation					
	∅	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Packaging

Sterile device in blister pack of 6 pieces (assorted or individual sizes).

Recommended procedure

Operating protocol:

- Prepare a root canal access.
- Select the Pro Race instrument to be used for canal preparation.
- If the canal is considered narrow use the R25 instrument. If the canal is considered medium use the R40 instrument. If the canal is considered wide use the R50 instrument.
- Preparation with the R25 instrument: estimate the length of the root canal with the help of the radiograph and adjust the stop on the instrument to approx. 2/3 of the estimated length.
- Preparation with the R40-R50 instrument: electronically determine the working length and adjust the stop on the instrument to this length.
- Irrigate the canal with E.D.T.A. (Canal Prep) and hypochlorite (Endo Clor).
- Insert the instrument into the canal and move it slowly apically, applying very light pressure; the instrument can then move forward easily. The amplitude of the up and down movements (passes) must not exceed 3 mm.
- After 3 passes clean the instrument, irrigate the canal and check its patency.
- Repeat until 2/3 of the estimated working length is reached.
- If using the R25 instrument, determine the working length electronically. If you are using the R40 and R50, after preparing 2/3 of the channel length, electronically check the working length initially established.
- Subsequently, recapitulate until the entire working length is reached.
- Determine the apical diameter by inserting a hand instrument ISO higher than the Pro Race instrument inserted up to the working length. If the hand instrument is inserted up to 0.7 mm before the working length, no further extension of the apical area is necessary. If the hand instrument can be inserted up to the working length, it is usually necessary to finish the preparation with a larger Pro Race instrument.

Throughout the endodontic sequence, repeatedly irrigate with hypochlorite (Endo Clor) and E.D.T.A. (Canal Prep) in order to remove all necrotic tissue and the organic component of the dentinal slurry.

Storage

The blister should only be opened at the time of surgery and under controlled aseptic conditions. Store at room temperature, away from moisture and direct light.

Precautions

Before use, it is recommended to check with patients for any allergy to raw materials.

It is recommended to always use surgical gloves for personal protection against bacterial contamination. Failure to do so may result in cross-infection.

Warnings

- Single-use device, re-use is not recommended to limit problems with cross-infection and/or breakage.
- Do not use the blister if opened or damaged.
- If the package shows signs of tampering or damage due to transport or any other nature, the instruments contained therein may not be used as they may have lost sterility.
- Never force the instrument into the canal.
- Do not use after the indicated expiry date.
- You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device we have supplied to the manufacturer and to the competent authority in your Member State.

Contraindications

Do not use in patients with known allergic sensitivity to raw materials.

Symbols



Product code



Lot number



Expiry date



Do not reuse



Keep dry



Keep away from sunlight



Sterile single barrier system



Sterilised by irradiation



IFU



Packing unit



Do not use if packaging is damaged



Medical device



Unique Device Identification



Nickel-Titanium



Manufacture

Warranty

Dental World shall replace the product if it proves to be defective.

Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, resulting from careless use or inability to use the product described. Before use, it is the user's responsibility to determine the appropriateness of the product for its use. The user assumes responsibility for use careless use.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

FR - Pro Race H.A.

Instruments mécaniques pour le traitement du canal radiculaire

Description

Les instruments canaux Pro Race H.A. sont fabriqués avec la technologie Ni-Ti C New-Wire, qui offre une plus grande élasticité et une résistance supérieure à celle des instruments Ni-Ti normaux.

Indications

Utilisation dans les cabinets dentaires ou les hôpitaux par du personnel qualifié uniquement.

Domaine d'application

Mise en forme et nettoyage des canaux radiculaires.

Mesures

PRO RACE Heat Activation					
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Conditionnement

Dispositif stérile sous blister de 6 pièces (assorties ou de taille individuelle).

Procédure recommandée

Protocole opératoire:

- Préparer un accès au canal radiculaire.
- Sélectionner l'instrument Pro Race à utiliser pour la préparation du canal.
- Si le canal est considéré comme étroit, utiliser l'instrument R25. Si le canal est considéré comme moyen, utiliser l'instrument R40. Si le canal est considéré comme large, utilisez l'instrument R50.
- Préparation avec l'instrument R25: estimez la longueur du canal radiculaire à l'aide de la radiographie et réglez la butée de l'instrument à environ 2/3 de la longueur estimée.
- Préparation avec l'instrument R40-R50: déterminer électroniquement la longueur de travail et ajuster la butée de l'instrument à cette longueur.
- Irriguer le canal avec de l'E.D.T.A. (Canal Prep) et de l'hypochlorite (Endo Clor).
- Insérer l'instrument dans le canal et le déplacer lentement en direction apicale, en appliquant une très légère pression; l'instrument peut alors se déplacer facilement vers l'avant. L'amplitude des mouvements de haut en bas (passages) ne doit pas dépasser 3 mm.
- Après 3 passages, nettoyer l'instrument, irriguer le canal et vérifier sa perméabilité.
- Répéter l'opération jusqu'à ce que les 2/3 de la longueur de travail estimée soient atteints.
- Si vous utilisez l'instrument R25, déterminez la longueur de travail électroniquement. Si vous utilisez les instruments R40 et R50, après avoir préparé les 2/3 de la longueur du canal, vérifiez électroniquement la longueur de travail initialement établie.
- Ensuite, récapitulez jusqu'à ce que toute la longueur de travail soit atteinte.
- Déterminez le diamètre apical en insérant un instrument manuel ISO plus haut que l'instrument Pro Race inséré jusqu'à la longueur de travail. Si l'instrument manuel est inséré jusqu'à 0,7 mm avant la longueur de travail, aucune extension supplémentaire de la zone apicale n'est nécessaire. Si l'instrument manuel peut être inséré jusqu'à la longueur de travail, il

est généralement nécessaire de terminer la préparation avec un instrument Pro Race plus grand.

Tout au long de la séquence endodontique, irriguer à plusieurs reprises avec de l'hypochlorite (Endo Clor) et de l'E.D.T.A. (Canal Prep) afin d'éliminer tous les tissus nécrotiques et les composants organiques de la boue dentinaire.

Conservation

Le blister ne doit être ouvert qu'au moment de l'intervention chirurgicale et dans des conditions d'asepsie contrôlées. Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe.

Précautions d'emploi

Avant utilisation, il est recommandé de vérifier avec les patients s'il n'y a pas d'allergie aux matières premières. Il est recommandé de toujours utiliser des gants chirurgicaux pour se protéger contre la contamination bactérienne. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une infection croisée.


Avertissements

- Dispositif à usage unique, la réutilisation n'est pas recommandée pour limiter les problèmes d'infection croisée et/ou de rupture.
- Ne pas utiliser le blister s'il est ouvert ou endommagé.
- Si l'emballage présente des signes d'altération ou des dommages dus au transport ou à toute autre nature, les instruments qu'il contient ne peuvent pas être utilisés car ils peuvent avoir perdu leur stérilité.
- Ne jamais forcer l'instrument dans le canal.
- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée.
- Vous devez signaler au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre tout incident grave lié au dispositif médical que nous avons fourni.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité allergique connue aux matières premières.

Symboles



Garantie

Dental World remplacera le produit s'il s'avère défectueux. Dental World n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou perte, direct ou consécutif, résultant de l'utilisation négligente ou de l'incapacité d'utiliser le produit décrit. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à son utilisation. L'utilisateur assume la responsabilité de l'utilisation négligente.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it



ES - Pro Race H.A.

Instrumentos mecánicos para conductos radiculares

Descripción

Los instrumentos Pro Race H.A. para conductos radiculares están fabricados con la tecnología Ni-Ti C New-Wire, que proporciona una mayor elasticidad y una resistencia superior en comparación con los instrumentos Ni-Ti normales.

Indicaciones

Para uso exclusivo en consultas dentales u hospitales por personal cualificado.

Campo de aplicación

Conformación y limpieza de conductos radiculares.

Medidas

PRO RACE Heat Activation					
	∅	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Envase

Dispositivo estéril en blister de 6 piezas (surtidas o tamaños individuales).

Procedimiento recomendado

Protocolo operativo:

- Preparar un acceso al conducto radicular.
- Seleccionar el instrumento Pro Race que se utilizará para la preparación del conducto.
- Si el conducto se considera estrecho, utilice el instrumento R25. Si el canal se considera medio, utilice el instrumento R40. Si el conducto se considera ancho, utilice el instrumento R50.
- Preparación con el instrumento R25: estimar la longitud del conducto radicular con ayuda de la radiografía y ajustar el tope del instrumento a aproximadamente 2/3 de la longitud estimada.
- Preparación con el instrumento R40-R50: determinar electrónicamente la longitud de trabajo y ajustar el tope del instrumento a esta longitud.
- Irrigar el conducto con E.D.T.A. (Canal Prep) e hipoclorito (Endo Clor).
- Introduzca el instrumento en el conducto y desplácelo lentamente en sentido apical, aplicando una presión muy ligera; a continuación, el instrumento puede avanzar con facilidad. La amplitud de los movimientos ascendentes y descendentes (pasadas) no debe superar los 3 mm.
- Después de 3 pasadas, limpie el instrumento, irrigue el conducto y compruebe su permeabilidad.
- Repetir hasta alcanzar 2/3 de la longitud de trabajo estimada.
- Si utiliza el instrumento R25, determine la longitud de trabajo electrónicamente. Si utiliza los instrumentos R40 y R50, después de preparar 2/3 de la longitud del canal, compruebe electrónicamente la longitud de trabajo establecida inicialmente.
- Posteriormente, recapítule hasta alcanzar toda la longitud de trabajo.
- Determine el diámetro apical introduciendo un instrumento de mano ISO más alto que el instrumento Pro Race introducido hasta la longitud de trabajo. Si el instrumento de mano se inserta hasta 0,7 mm antes de la longitud de trabajo, no es necesario ampliar más la zona apical. Si el instrumento manual puede insertarse hasta la longitud de trabajo, normalmente es necesario terminar la preparación con un instrumento Pro Race más grande.

A lo largo de la secuencia endodóntica, irrigar repetidamente con hipoclorito (Endo Clor) y E.D.T.A. (Canal Prep) para eliminar todo el tejido necrótico y el componente orgánico de la lechada dentinal.

Almacenamiento

El blíster sólo debe abrirse en el momento de la intervención quirúrgica y en condiciones asépticas controladas. Conservar a temperatura ambiente, protegido de la humedad y de la luz directa.

Precauciones

Antes de su uso, se recomienda comprobar con los pacientes cualquier alergia a las materias primas.

Se recomienda utilizar siempre guantes quirúrgicos para la protección personal contra la contaminación bacteriana. De lo contrario, pueden producirse infecciones cruzadas.

Advertencias

- Dispositivo de un solo uso, no se recomienda su reutilización para limitar los problemas de infección cruzada y/o rotura.
- No utilizar el blister si está abierto o dañado.
- Si el envase presenta signos de manipulación o daños debidos al transporte o de cualquier otra naturaleza, los instrumentos que contiene no podrán utilizarse, ya que pueden haber perdido la esterilidad.
- No forzar nunca el instrumento en el canal.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada.
- Debe informar al fabricante y a la autoridad competente de su Estado miembro de cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto sanitario que ha suministrado.

Contraindicaciones

No utilizar en pacientes con sensibilidad alérgica conocida a las materias primas.

Símbolos



Garantía

Dental World sustituirá el producto si resulta defectuoso. Dental World no se hace responsable de los daños o pérdidas, directos o indirectos, resultantes de un uso descuidado o de la incapacidad de utilizar el producto descrito. Antes de su uso, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso. El usuario asume la responsabilidad por el uso descuidado.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

BG - Pro Race H.A.

Механични инструменти за коренови

каналы

Описание

Инструментите за коренови канали Pro Race H.A. са изработени по технологията Ni-Ti C New-Wire, която осигурява по-голяма еластичност и превъзходна здравина в сравнение с обикновените Ni-Ti инструменти.

Показания

За използване в стоматологични практики или болници само от квалифициран персонал.

Област на приложение

Оформяне и почистване на коренови канали.

Мерки

PRO RACE Heat Activation					
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Опаковка

Стерилно устройство в блистерна опаковка от 6 броя (асортимент или индивидуални размери).

Препоръчителна процедура

Протокол за работа:

- Подгответе достъп до кореновия канал.
- Изберете инструмента Pro Race, който ще се използва за подготовка на канала.
- Ако каналът е тесен, използвайте инструмента R25. Ако каналът се счита за среден, използвайте инструмента R40. Ако каналът е широк, използвайте инструмента R50.
- Подготовка с инструмента R25: преценете дължината на кореновия канал с помощта на рентгенография и настройте ограничителя на инструмента на около 2/3 от преценената дължина.
- Подготовка с инструмента R40-R50: определете електронно работната дължина и настройте ограничителя на инструмента на тази дължина.
- Иригирайте канала с E.D.T.A. (Canal Prep) и хипохлорит (Endo Clor).
- Поставете инструмента в канала и го придвижете бавно апикално, като прилагате много лек натиск; след това инструментът може лесно да се придвижи напред. Амплитудата на движенията нагоре и надолу (пасажите) не трябва да надвишава 3 mm.
- След 3 преминавания почистете инструмента, иригирайте канала и проверете неговата проходимост.
- Повтаряйте до достигане на 2/3 от предвидената работна дължина.
- Ако използвате инструмента R25, определете работната дължина по електронен път. Ако използвате инструментите R40 и R50, след като подготвите 2/3 от дължината на канала, проверете по електронен път първоначално установената работна дължина.
- Впоследствие повторете, докато се достигне цялата работна дължина.
- Определете апикалния диаметър, като поставите ръчен инструмент с ISO по-високо от инструмента Pro Race, поставен до работната дължина. Ако ръчният инструмент е вкаран до 0,7 mm преди работната дължина, не е необходимо по-нататъшно удължаване на апикалната зона. Ако ръчният инструмент може да се вкара до работната дължина, обикновено е необходимо да се завърши препарирането с по-голям инструмент Pro Race.

По време на цялата ендодонтска последователност многократно иригирайте с хипохлорит (Endo Clor) и E.D.T.A.

(Canal Prep), за да се отстранят всички некротични тъкани и органичната съставка на дентиновата суспензия.

Съхранение

Блистерната опаковка трябва да се отваря само по време на операция и при контролирани асептични условия. Съхранявайте при стайна температура, далеч от влага и пряка светлина.

Предпазни мерки

Преди употреба се препоръчва да се провери при пациентите за евентуална алергия към суровините.

Препоръчва се винаги да се използват хирургически ръкавици за лична защита срещу бактериално замърсяване. Ако не го направите, това може да доведе до кръстосана инфекция.

Предупреждения

- Устройство за еднократна употреба, не се препоръчва повторна употреба, за да се ограничат проблемите с кръстосана инфекция и/или счупване.
- Не използвайте блистера, ако е отворен или повреден.
- Ако опаковката показва признаци на фалшифициране или повреда, дължаща се на транспортиране или друго естество, съдържащите се в нея инструменти не могат да се използват, тъй като е възможно да са загубили стерилността си.
- Никога не вкарвайте инструмента в канала със сила.
- Не използвайте след посочения срок на годност.
- Трябва да съобщавате за всички сериозни инциденти, възникнали във връзка с доставеното от вас медицинско изделие, на производителя и на компетентния орган във вашата държава членка.

Противопоказания

Да не се използва при пациенти с известна алергична чувствителност към суровини.

Символи



Код на продукта



Номер на партидата



Срок на годност



Да не се използва повторно



Страхува се от влажност



Да не се излага на слънчева светлина



Стерилна система с една бариера



Стерилизирана чрез облъчване



Инструкции за употреба



Опаковъчна единица



Не използвайте, ако опаковката е повредена



Медицинско изделие



Уникална идентификация на устройството



Никел-титан



Производител

Гаранция

Dental World заменя продукта, ако се окаже, че той е дефектен.

Dental World не поема отговорност за каквито и да било преки или последващи щети или загуби, произтичащи от небрежна употреба или невъзможност за използване на описания продукт. Преди употреба потребителят носи отговорност за това, че да определи доколко продуктът е подходящ за неговата употреба. Потребителят поема отговорност за използването на небрежна употреба.

Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

HR - Pro Race H.A.

Mehanički instrumenti za korijenske kanale

Opis

Pro Race H.A. izrađeni su s tehnologijom Ni-Ti C New-Wire koja daje veću elastičnost i superiornu otpornost u usporedbi s normalnim Ni-Ti alatima.

Upute

Koristiti ga samo u stomatološkoj ordinaciji ili bolničkom okruženju od strane kvalificiranog osoblja.

Područje primjene

Oblikovanje i čišćenje korijenskih kanala.

Mjere

PRO RACE Heat Activation					
	∅	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Ambalaža

Sterilni uređaj u blisteru od 6 komada (raznih ili pojedinačnih veličina).

Preporučeni postupak

Radni protokol:

- Pripremite pristup korijenskom kanalu.
- Odaberite Pro Race instrument koji ćete koristiti za pripremu kanala.
- Ako se kanal smatra uskim, koristite alat R25. Ako se kanal smatra prosječnim, koristite instrument R40. Ako se smatra da je kanal širok, koristite alat R50.
- Preparacija s instrumentom R25: procijenite duljinu kanala korijena pomoću radiografije i namjestite graničnik na instrumentu na otprilike 2/3 procijenjene duljine.
- Priprema s instrumentom R40-R50: Elektronički odredite radnu duljinu i podesite graničnik na instrumentu na tu duljinu.
- Navodnjavanje kanala s E.D.T.A. (Canal Prep) i hipoklorit (Endo Clor).
- Umetnite instrument u kanal i polako ga pomičite apikalno, vrlo laganim pritiskom; alat tada može lako napredovati. Amplituda pokreta gore i dolje (koraci) ne smije biti veća od 3 mm.
- Nakon 3 koraka očistite instrument, isperite kanal i provjerite prohodnost.
- Rekapitulirajte dok se ne postigne 2/3 procijenjene radne duljine.
- Ako koristite alat R25, elektronički odredite radnu duljinu. Ako koristite alat R40 e R50, nakon pripreme 2/3 duljine kanala, elektronički provjeriti početno utvrđenu radnu duljinu.
- Nakon toga ponovite dok se ne postigne puna radna duljina.
- Odredite apikalni promjer umetanjem većeg ISO ručnog instrumenta od Pro Race instrumenta umetnutog na radnu duljinu. Ako je ručna turpija umetnuta do 0,7 mm manje od radne duljine, nije potrebno daljnje proširenje apikalnog područja. Ako se ručna turpija može umetnuti na radnu duljinu, pripremu bi obično trebalo završiti s većom Pro Race turpijom.

Tijekom endodontskog slijeda više puta irigirajte hipokloritom (Endo Clor) i E.D.T.A. (Canal Prep) kako bi se uklonilo svo nekrotično tkivo i organska komponenta razmaznog sloja.

Skladištenje

Blister se smije otvoriti samo u vrijeme operacije i u kontroliranim aseptičkim uvjetima. Čuvati na sobnoj temperaturi, daleko od vlage i izravnih izvora svjetlosti.

Mjere predostrožnosti

Prije uporabe preporuča se provjeriti s pacijentima moguće alergije na sirovine.

Preporuča se uvijek koristiti kirurške rukavice za individualnu zaštitu od bakterijske kontaminacije. Nepoštivanje ovog pravila može dovesti do unakrsne infekcije.

Upozorenja

- Uređaj za jednokratnu upotrebu, ne preporučuje se ponovna uporaba kako bi se ograničili problemi povezani s unakrsnim infekcijama i/ili lomovima.
- Nemojte koristiti blister ako je otvoren ili oštećen.
- Ako pakiranje pokazuje znakove diranja ili oštećenja uslijed transporta ili bilo koje druge prirode, zabranjena je uporaba sadržanih instrumenata jer su možda izgubili svoju sterilnost.
- Nikada ne silite turpiju u kanal.
- Nemojte koristiti nakon isteka navedenog roka valjanosti.
- Morate prijaviti svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s medicinskim uređajem koji smo isporučili proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazite.

Kontraindikacije

Ne koristiti u bolesnika s poznatom alergijskom osjetljivošću na sirovine.

Simboli



Jamstvo

Dental World će zamijeniti proizvod koji se pokaže neispravnim. Dental World ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravni ili posljedični koji proizlaze iz nemara ili nemogućnosti korištenja opisanog proizvoda. Korisnik je prije uporabe odgovoran utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu ili njezinu uporabu. Korisnik preuzima odgovornost za nepažljivo korištenje.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

CS - Pro Race H.A.

Mechanické nástroje pro kořenové kanálky

Popis

Nástroje pro kořenové kanálky Pro Race H.A. jsou vyrobeny technologií Ni-Ti C New-Wire, která zajišťuje větší pružnost a vynikající pevnost ve srovnání s běžnými nástroji Ni-Ti.

Indikace

Pro použití v zubních ordinacích nebo nemocnicích pouze kvalifikovaným personálem.

Oblast použití

Tvarování a čištění kořenových kanálků.

Měření

PRO RACE Heat Activation					
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Balení

Sterilní zařízení v blístrech po 6 kusech (různé nebo jednotlivé velikosti).

Doporučený postup

Provozní protokol:

- Příprava přístupu ke kořenovému kanálku.
- Zvolte nástroj Pro Race, který bude použit pro preparaci kanálků.
- Pokud je kanálek považován za úzký, použijte nástroj R25. Pokud je kanálek považován za středně velký, použijte nástroj R40. Pokud je kanál považován za široký, použijte nástroj R50.
- Příprava pomocí nástroje R25: Odhadněte délku kořenového kanálku pomocí rentgenového snímku a nastavte doraz na nástroji na přibližně 2/3 odhadované délky.
- Příprava nástrojem R40-R50: elektronicky určete pracovní délku a nastavte doraz na nástroji na tuto délku.
- Kanálek irigujte přípravkem E.D.T.A. (Canal Prep) a chlornanem (Endo Clor).
- Vložte nástroj do kanálku a pomalu jím pohybujte apikálně, přičemž vyvíjejte velmi mírný tlak; nástroj se pak může snadno pohybovat dopředu. Amplituda pohybů (průchodů) nahoru a dolů nesmí překročit 3 mm.
- Po 3 průchodech nástroj očistěte, kanál vypláchněte a zkontrolujte jeho průchodnost.
- Opakujte, dokud nedosáhnete 2/3 předpokládané pracovní délky.
- Pokud používáte nástroj R25, určete pracovní délku elektronicky. Pokud používáte nástroje R40 a R50, po přípravě 2/3 délky kanálu elektronicky zkontrolujte původně stanovenou pracovní délku.
- Následně rekapitulujte, dokud není dosaženo celé pracovní délky.
- Určete apikální průměr vložení ručního nástroje ISO vyššího než nástroj Pro Race vložený až do pracovní délky. Pokud je ruční nástroj vložen až 0,7 mm před pracovní délkou, není nutné apikální oblast dále prodlužovat. Pokud lze ruční nástroj zavést až do pracovní délky, je obvykle nutné preparaci dokončit větším nástrojem Pro Race.

Během celé endodontické sekvence opakovaně irigujte chlornanem (Endo Clor) a E.D.T.A. (Canal Prep), abyste odstranili veškerou nekrotickou tkáň a organickou složku dentinové kaše.

Skladování

Blistr se smí otevřít pouze v době operace a za kontrolovaných aseptických podmínek. Skladujte při pokojové teplotě, mimo dosah vlhkosti a přímého světla.

Bezpečnostní opatření

Před použitím doporučujeme u pacientů ověřit případnou alergii na suroviny.

Doporučuje se vždy používat chirurgické rukavice pro osobní ochranu před bakteriální kontaminací. V opačném případě může dojít ke zkrácené infekci.


Upozornění

- Přípravek na jedno použití, opakované použití se nedoporučuje, aby se omezily problémy s křížovou infekcí a/nebo rozbitím.
- Nepoužívejte otevřený nebo poškozený blister.
- Pokud balení vykazuje známky manipulace nebo poškození způsobené přepravou nebo jakoukoli jinou povahou, nástroje v něm obažené se nesmí používat, protože mohly ztratit sterilitu.
- Nikdy nezasouvajte nástroj do kanálku násilím.
- Nepoužívejte po uvedeném datu spotřeby.
- Veškeré závažné události, které se vyskytnou v souvislosti s dodaným zdravotnickým prostředkem, musíte hlásit výrobci a příslušnému orgánu ve vašem členském státě.

Kontraindikace

Nepoužívejte u pacientů se známou alergickou citlivostí na suroviny.

Symboly



Záruka

Společnost Dental World vymění výrobek, pokud se ukáže, že je vadný.

Společnost Dental World nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vzniklé v důsledku neopatrného používání nebo nemožnosti používat popsany výrobek. Před použitím je povinností uživatele zjistit vhodnost výrobku pro jeho použití. Uživatel přebírá odpovědnost za neopatrné použití.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

DA - Pro Race H.A.

Mekaniske rodkanalinstrumenter

Beskrivelse

Pro Race H.A. rodkanalinstrumenter er fremstillet med Ni-Ti-C New-Wire-teknologi, som giver større elasticitet og overlegen styrke sammenlignet med normale Ni-Ti-instrumenter.

Indikationer

Kun til brug i tandlægepraksis eller på hospitaler af kvalificeret personale.

Anvendelsesområde

Formning og rensning af rodkanaler.

Mål

PRO RACE Heat Activation					
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Emballage

Steril anordning i blisterpakning med 6 stk. (assorterede eller individuelle størrelser).

Anbefalet fremgangsmåde

Operationsprotokol:

- Forbered en rodkanaladgang.
- Vælg det Pro Race-instrument, der skal anvendes til kanalpræparation.
- Hvis kanalen anses for at være smal, anvendes R25-instrumentet. Hvis kanalen anses for at være medium, anvendes R40-instrumentet. Hvis kanalen anses for bred, anvendes R50-instrumentet.
- Præparering med R25-instrumentet: Skønn rodkanalens længde ved hjælp af røntgenbilledet, og juster instrumentets stop til ca. 2/3 af den skønnede længde.
- Forberedelse med R40-R50-instrumentet: Bestem arbejdslængden elektronisk og juster instrumentets stop til denne længde.
- Irriger kanalen med E.D.T.A. (Canal Prep) og hypoklorit (Endo Clor).
- Før instrumentet ind i kanalen og flyt det langsomt apikalt ved at lægge et meget let pres; instrumentet kan derefter let bevæge sig fremad. Amplituden af de opadgående og nedadgående bevægelser (passager) må ikke overstige 3 mm.
- Efter 3 gennemgange rengøres instrumentet, kanalen irrigeres og gennemgangen kontrolleres.
- Gentag proceduren, indtil 2/3 af den anslåede arbejdslængde er nået.
- Hvis der anvendes R25-instrumentet, skal arbejdslængden bestemmes elektronisk. Hvis du bruger R40 og R50, skal du efter klargøring af 2/3 af kanallængden elektronisk kontrollere den oprindelige fastsatte arbejdslængde.
- Gentag derefter, indtil hele arbejdslængden er nået.
- Bestem den apikale diameter ved at indsætte et håndinstrument ISO højere end det Pro Race-instrument, der er indsat op til arbejdslængden. Hvis håndinstrumentet indføres op til 0,7 mm før arbejdslængden, er det ikke nødvendigt at udvide det apikale område yderligere. Hvis håndinstrumentet kan indsættes op til arbejdslængden, er det normalt nødvendigt at afslutte præparationen med et større Pro Race-instrument.

Under hele den endodontiske sekvens skal du gentagne gange

skylle med hypoklorit (Endo Clor) og E.D.T.A. (Canal Prep) for at fjerne alt nekrotisk væv og den organiske komponent af dental opløsning.

Opbevaring

Blisterpakken må kun åbnes på operationstidspunktet og under kontrollerede aseptiske forhold. Opbevares ved stuetemperatur, væk fra fugt og direkte lys.

Forholdsregler

Før brug anbefales det at undersøge patienterne for eventuel allergi over for råmaterialer.

Det anbefales altid at bruge kirurgiske handsker til personlig beskyttelse mod bakteriel kontaminering. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre krydssmitte.


Advarsel

- Engangsanordning, genbrug anbefales ikke for at begrænse problemer med krydssmitte og/eller brud.
- Blisteren må ikke anvendes, hvis den er åbnet eller beskadiget.
- Hvis emballagen viser tegn på manipulation eller beskadigelse på grund af transport eller af anden art, må instrumenterne i den ikke anvendes, da de kan have mistet deres sterilitet.
- Tving aldrig instrumentet ind i kanalen.
- Må ikke anvendes efter den angivne udløbsdato.
- Du skal indberette alle alvorlige hændelser i forbindelse med det medicinske udstyr, som du har leveret, til producenten og til den kompetente myndighed i din medlemsstat.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til patienter med kendt allergisk overfølsomhed over for råmaterialer.

Symboler



Garanti

Dental World erstatter produktet, hvis det viser sig at være defekt.

Dental World påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, som skyldes uforsigtig brug eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. For brug er det brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til den pågældende anvendelse. Brugeren påtager sig ansvaret for uforsigtig brug.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

NL - Pro Race H.A.

Mechanische wortelkanaalinstrumenten

Beschrijving

Pro Race H.A. wortelkanaalinstrumenten zijn gemaakt met Ni-Ti C New-Wire technologie, die een grotere elasticiteit en superieure sterkte biedt in vergelijking met normale Ni-Ti instrumenten.

Indicaties

Uitsluitend voor gebruik in tandartspraktijken of ziekenhuizen door gekwalificeerd personeel.

Toepassingsgebied

Vormgeven en reinigen van wortelkanalen.

Maatregelen

PRO RACE Heat Activation					
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Verpakking

Steriel apparaat in blisterverpakking van 6 stuks (assorti of individuele maten).

Aanbevolen procedure

Operatieprotocol:

- Bereid een wortelkanaaltoegang voor.
- Selecteer het Pro Race-instrument voor de kanaalvoorbereiding.
- Als het kanaal smal is, gebruikt u het R25 instrument. Als het kanaal middelgroot is, gebruikt u het R40-instrument. Als het kanaal breed is, gebruikt u het R50-instrument.
- Prepareren met het R25 instrument: schat de lengte van het wortelkanaal met behulp van de röntgenfoto en stel de stop op het instrument in op ongeveer 2/3 van de geschatte lengte.
- Preparatie met het R40-R50 instrument: bepaal elektronisch de werklengte en stel de aanslag op het instrument in op deze lengte.
- Irrigeer het kanaal met E.D.T.A. (Canal Prep) en hypochloriet (Endo Clor).
- Breng het instrument in het kanaal en beweeg het langzaam apicaal, waarbij u zeer lichte druk uitoefent; het instrument kan dan gemakkelijk naar voren bewegen. De amplitude van de op- en neergaande bewegingen (passages) mag niet groter zijn dan 3 mm.
- Maak na 3 passages het instrument schoon, irriteer het kanaal en controleer de patency.
- Herhaal dit totdat 2/3 van de geschatte werklengte is bereikt.
- Als u het R25-instrument gebruikt, bepaalt u de werklengte elektronisch. Als u de R40 en R50 gebruikt, controleert u na het voorbereiden van 2/3 van de kanaallengte elektronisch de aanvankelijk vastgestelde werklengte.
- Herhaal dit vervolgens totdat de volledige werklengte is bereikt.
- Bepaal de apicale diameter door een handinstrument ISO hoger in te brengen dan het Pro Race-instrument dat tot de werklengte is ingebracht. Als het handinstrument tot 0,7 mm voor de werklengte wordt ingebracht, is geen verdere verlenging van het apicale gebied nodig. Als het handinstrument tot de werklengte kan worden ingebracht, is het meestal nodig de preparatie af te maken met een groter Pro Race-instrument.

gedurende de hele endodontische procedure, herhaaldelijk irrigeren met hypochloriet (Endo Clor) en E.D.T.A. (Canal Prep) om al het necrotisch weefsel en de organische component van de dentinale slurry te verwijderen.

Opslag

De blaar mag alleen tijdens de operatie en onder gecontroleerde aseptische omstandigheden worden geopend. Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en direct licht.

Voorzorgsmaatregelen

Voor gebruik wordt aanbevolen bij de patiënt na te gaan of er sprake is van allergie voor grondstoffen.

Het wordt aanbevolen altijd chirurgische handschoenen te gebruiken voor persoonlijke bescherming tegen bacteriële besmetting. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot kruisbesmetting.


Waarschuwingen

- Hulpmiddel voor eenmalig gebruik, hergebruik wordt afgeraden om problemen met kruisbesmetting en/of breuk te beperken.
- Gebruik de blisterverpakking niet als deze geopend of beschadigd is.
- Als de verpakking tekenen van manipulatie of schade door vervoer of andere oorzaken vertoont, mogen de instrumenten in de verpakking niet worden gebruikt omdat zij hun steriliteit kunnen hebben verloren.
- Forceer het instrument nooit in het kanaal.
- Niet gebruiken na de aangegeven vervaldatum.
- U moet ernstige incidenten in verband met het door u geleverde medische hulpmiddel melden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit in uw lidstaat.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij patiënten met bekende allergische gevoeligheid voor grondstoffen.

Symbolen



Garantie

Dental World vervangt het product als het defect blijkt te zijn. Dental World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van onzorgvuldig gebruik of het niet kunnen gebruiken van het beschreven product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik vast te stellen of het product geschikt is voor zijn gebruik. De gebruiker is aansprakelijk voor onzorgvuldig gebruik.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

ET - Pro Race H.A.

Mehaanilised juurekanalite instrumendid

Kirjeldus

Pro Race H.A. juurekanaliinstrumendid on valmistatud Ni-Ti C New-Wire tehnoloogiaga, mis tagab suurema elastsuse ja parema tugevuse võrreldes tavaliste Ni-Ti instrumentidega.

Näidustused

Kasutamiseks hambaravipraktistes või haiglates ainult kvalifitseeritud personali poolt.

Kasutusaal

Juurekanalite kujundamine ja puhastamine.

Meetmed

PRO RACE Heat Activation					
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Pakend

Steriilne seade blisterpakendis, milles on 6 tükki (sorteeritud või individuaalses suuruses).

Soovitatav protseduur

Operatsiooniprotokoll:

- Valmistage ette juurdepääs juurekanalile.
- Valige kanali ettevalmistamiseks kasutatav Pro Race instrument.
- Kui kanalit peetakse kitsaks, kasutage R25 instrumenti. Kui kanal on keskmise suurusega, kasutage R40 instrumenti. Kui kanal on lai, kasutage instrumenti R50.
- Ettevalmistus R25 instrumendiga: hinnake juurekanali pikkust röntgenpildi abil ja reguleerige instrumendi stopper umbes 2/3 ulatuses hinnangulisest pikkusest.
- Ettevalmistus R40-R50 instrumendiga: määrake tööpikkus elektrooniliselt ja seadistage instrumendi stopper sellele pikkusele.
- Loputage kanal E.D.T.A. (Canal Prep) ja hüpokloriidi (Endo Clor).
- Sisestage instrument kanalisse ja liigutage seda aeglaselt apikaalselt, rakendades väga kergest survet; seejärel saab instrument kergesti edasi liikuda. Üles- ja allapoole liikumise (läbikäikude) amplituud ei tohi ületada 3 mm.
- Pärast 3 läbimist puhastage instrument, loputage kanal ja kontrollige selle läbitavust.
- Korrake, kuni 2/3 hinnangulisest tööpikkusest on saavutatud.
- R25 instrumendi kasutamisel määrake tööpikkus elektrooniliselt. Kui kasutate R40 ja R50, kontrollige pärast 2/3 kanali pikkuse ettevalmistamist elektrooniliselt algselt määratud tööpikkust.
- Seejärel korrata, kuni kogu tööpikkus on saavutatud.
- Määrake apikaalne diameeter, sisestades ISO kõrgemat käsiinstrumendi kui tööpikkuseni sisestatud Pro Race instrument. Kui käsiinstrument on sisestatud kuni 0,7 mm enne tööpikkust, ei ole apikaalse ala edasine laiendamine vajalik. Kui käsiinstrument saab sisestada kuni tööpikkuseni, on tavaliselt vaja lõpetada preparatsioon suurema Pro Race instrumendiga.

Kogu endodontilise protseduuri jooksul loputage korduvalt hüpokloriidi (Endo Clor) ja E.D.T.A.-ga. (Canal Prep), et eemaldada kõik nekrootilised koed ja dentiinilahuse orgaaniline komponent.

Säilitamine

Blisterpakend tuleb avada ainult operatsiooni ajal

ja kontrollitud aseptilistes tingimustes. Säilitada toatemperatuuril, niiskuse ja otsese valguse eest kaitstult.

Ettevaatusabinõud

Enne kasutamist on soovitatav kontrollida patsiendi võimalikku allergiat tooraine suhtes. Bakteriaalse saastumise eest kaitsmiseks on soovitatav alati kasutada kirurgilisi kindaid. Vastasel juhul võib tekkida ristinakkus.


Hoiatused

- Ühekordselt kasutatav seade, korduvasutamise ei ole soovitatav, ei piirata ristinakkuse ja/või purunemiseiga seotud probleeme.
- Ärge kasutage blisterit, kui see on avatud või kahjustatud.
- Kui pakendil on määrke võltsimisest või transpordist või muudest põhjustest tingitud kahjustustest, ei tohi selles sisalduvaid instrumente kasutada, kuna need võivad olla steriilsuse kaotanud.
- Ärge kunagi suruge instrumenti jõuga kanalisse.
- Mitte kasutada pärast märgitud kõlblikkusaega.
- Te peate teatama kõigist teie tarnitud meditsiiniseadmega seotud tõsistest vahejuhtumitest tootjale ja oma liikmesriigi pädevale asutusele.

Vastunäidustused

Mitte kasutada patsientidel, kellel on teadaolevalt allergiline tundlikkus toorainete suhtes.

Sümbolid



Garantii

Dental World vahetab toote välja, kui see osutub defektseks. Dental World ei võta vastutust mis tahes otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb kirjeldatud toote hooletust kasutamisest või mittekasutamisest. Enne kasutamist peab kasutaja ise kindlaks tegema, kas toode on tema jaoks sobiv. Kasutaja võtab vastutuse hooletu kasutamise eest.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

DE - Pro Race H.A.

Mechanische Wurzelkanalinstrumente

Beschreibung

Die Pro Race H.A. Wurzelkanalinstrumente werden mit der Ni-Ti C New-Wire-Technologie hergestellt, die im Vergleich zu normalen Ni-Ti-Instrumenten eine größere Elastizität und höhere Festigkeit bietet.

Indikationen

Nur zur Verwendung in Zahnarztpraxen oder Krankenhäusern durch qualifiziertes Personal.

Anwendungsbereich

Formung und Reinigung von Wurzelkanälen.

Maße

PRO RACE Heat Activation					
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Verpackung

Steriles Gerät in Blisterpackung zu 6 Stück (sortierte oder individuelle Größen).

Empfohlene Vorgehensweise

Operationsprotokoll:

- Einen Wurzelkanalzugang vorbereiten.
- Das für die Kanalaufbereitung zu verwendende Pro-Race-Instrument auswählen.
- Wenn der Kanal als eng eingestuft wird, das Instrument R25 verwenden. Wenn der Kanal als mittelgroß eingestuft wird, verwenden Sie das R40-Instrument. Ist der Kanal breit, verwenden Sie das R50-Instrument.
- Aufbereitung mit dem R25-Instrument: Schätzen Sie die Länge des Wurzelkanals mit Hilfe des Röntgenbildes und stellen Sie den Anschlag am Instrument auf ca. 2/3 der geschätzten Länge ein.
- Aufbereitung mit dem R40-R50-Instrument: Die Arbeitslänge elektronisch bestimmen und den Anschlag am Instrument auf diese Länge einstellen.
- Spülen Sie den Kanal mit E.D.T.A. (Canal Prep) und Hypochlorit (Endo Clor).
- Führen Sie das Instrument in den Kanal ein und bewegen Sie es langsam und mit sehr leichtem Druck nach apikal; das Instrument lässt sich dann leicht vorwärts bewegen. Die Amplitude der Auf- und Abwärtsbewegungen (Passagen) darf 3 mm nicht überschreiten.
- Nach 3 Durchgängen das Instrument reinigen, den Kanal spülen und seine Durchgängigkeit überprüfen.
- Diesen Vorgang wiederholen, bis 2/3 der geschätzten Arbeitslänge erreicht sind.
- Bei Verwendung des R25-Instruments ist die Arbeitslänge elektronisch zu bestimmen. Bei Verwendung der Instrumente R40 und R50 verwenden, überprüfen Sie nach der Aufbereitung von 2/3 der Kanallänge elektronisch die ursprünglich festgelegte Arbeitslänge.
- Rekapitulieren Sie anschließend, bis die gesamte Arbeitslänge erreicht ist.
- Bestimmen Sie den apikalen Durchmesser, indem Sie ein Handinstrument ISO höher als das bis zur Arbeitslänge eingeführte Pro-Race-Instrument einführen. Wenn das Handinstrument bis zu 0,7 mm vor der Arbeitslänge eingeführt wird, ist keine weitere Erweiterung des apikalen Bereichs erforderlich. Wenn das Handinstrument bis zur Arbeitslänge eingeführt werden kann, ist es in der Regel erforderlich, die Präparation mit einem größeren Pro-Race-Instrument abzuschließen.

Spülen Sie während der gesamten endodontischen Sequenz

wiederholt mit Hypochlorit (Endo Clor) und E.D.T.A. (Canal Prep) spülen, um alles nekrotische Gewebe und die organischen Bestandteile des Dentinschlammes zu entfernen.

Lagerung

Die Blisterpackung darf nur zum Zeitpunkt der Operation und unter kontrollierten aseptischen Bedingungen geöffnet werden. Bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und direktem Licht geschützt lagern.

Vorsichtsmaßnahmen

Es wird empfohlen, vor der Anwendung mit dem Patienten zu prüfen, ob eine Allergie gegen die Rohstoffe besteht. Es wird empfohlen, zum persönlichen Schutz vor bakterieller Kontamination stets chirurgische Handschuhe zu tragen. Andernfalls kann es zu Kreuzinfektionen kommen.


Warnhinweise

- Einwegprodukt, Wiederverwendung wird nicht empfohlen, um Probleme mit Kreuzinfektionen und/oder Bruch zu vermeiden.
- Den Blister nicht verwenden, wenn er geöffnet oder beschädigt ist.
- Weist die Verpackung Anzeichen von Manipulationen oder Beschädigungen auf, die auf den Transport oder andere Ursachen zurückzuführen sind, dürfen die darin enthaltenen Instrumente nicht verwendet werden, da sie möglicherweise ihre Sterilität verloren haben.
- Das Instrument niemals mit Gewalt in den Kanal einführen.
- Nach Ablauf des angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Sie müssen alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem von Ihnen gelieferten Medizinprodukt dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats melden.

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei Patienten mit bekannter allergischer Überempfindlichkeit gegen Rohstoffe.

Symbole



Garantie

Dental World tauscht das Produkt aus, wenn es sich als fehlerhaft erweist. Dental World haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die sich ergeben aus oder der Unfähigkeit, das beschriebene Produkt zu verwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch die Eignung des Produkts für seine Verwendung festzustellen. Der Benutzer übernimmt die Verantwortung für die unsorgfältige Verwendung.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

EL - Pro Race H.A.

Μηχανικά εργαλεία απονεύρωσης

Περιγραφή

Τα εργαλεία απονεύρωσης Pro Race H.A. κατασκευάζονται με την τεχνολογία Ni-Ti C New-Wire, η οποία παρέχει μεγαλύτερη ελαστικότητα και ανώτερη αντοχή σε σύγκριση με τα κανονικά εργαλεία Ni-Ti.

Ενδείξεις

Για χρήση σε οδοντιατρική ή νοσοκομεία μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πεδίο εφαρμογής

Διαμόρφωση και καθαρισμός των ριζικών σωλήνων.

Μέτρα

PRO RACE Heat Activation					
	∅	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Συσκευασία

Αποστειρωμένη συσκευή σε συσκευασία blister των 6 τεμαχίων (διαλεγμένα ή μεμονωμένα μεγέθη).

Συνιστώμενη διαδικασία

Πρωτόκολλο λειτουργίας:

- Προετοιμάστε μια πρόσβαση σε ριζικό σωλήνα.
- Επιλέξτε το όργανο Pro Race που θα χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία του καναλιού.
- Εάν ο σωλήνας θεωρείται στενός, χρησιμοποιήστε το όργανο R25. Εάν ο σωλήνας θεωρείται μεσαίος, χρησιμοποιήστε το όργανο R40. Εάν ο σωλήνας θεωρείται ευρύς, χρησιμοποιήστε το όργανο R50.
- Προετοιμάστε με το όργανο R25: εκτιμήστε το μήκος του ριζικού σωλήνα με τη βοήθεια της ακτινογραφίας και ρυθμίστε το stop στο όργανο στα 2/3 περίπου του εκτιμώμενου μήκους.
- Προετοιμασία με το όργανο R40-R50: προσδιορίστε ηλεκτρονικά το μήκος εργασίας και προσαρμόστε το stop του οργάνου σε αυτό το μήκος.
- Εκπλύνετε τον σωλήνα με E.D.T.A. (Canal Prep) και υποχλωριώδες (Endo Clor).
- Εισάγετε το όργανο στο κανάλι και μετακινήστε το αργά προς την άνω πλευρά, ασκώντας πολύ ελαφριά πίεση- το όργανο μπορεί στη συνέχεια να μετακινηθεί εύκολα προς τα εμπρός. Το εύρος των κινήσεων προς τα πάνω και προς τα κάτω (περάσματα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 mm.
- Μετά από 3 περάσματα καθαρίστε το όργανο, ποτίστε τον σωλήνα και ελέγξτε τη βαθύτητά του.
- Επαναλάβετε έως ότου επιτευχθούν τα 2/3 του εκτιμώμενου μήκους εργασίας.
- Εάν χρησιμοποιείτε το όργανο R25, προσδιορίστε το μήκος εργασίας ηλεκτρονικά. Εάν χρησιμοποιείτε τα όργανα R40 και R50, αφού προετοιμάσετε τα 2/3 του μήκους του καναλιού, ελέγξτε ηλεκτρονικά το μήκος εργασίας που καθορίστηκε αρχικά.
- Στη συνέχεια, ανακαταλάβετε μέχρι να επιτευχθεί ολόκληρο το μήκος εργασίας.
- Προσδιορίστε την ακρορριζική διάμετρο εισάγοντας ένα όργανο χειρός ISO υψηλότερο από το όργανο Pro Race που εισάγετε μέχρι το μήκος εργασίας. Εάν το όργανο χειρός εισαχθεί μέχρι 0,7 mm πριν από το μήκος εργασίας, δεν απαιτείται περαιτέρω επέκταση της ακρορριζίας. Εάν το εργαλείο χειρός μπορεί να εισαχθεί μέχρι το μήκος εργασίας, είναι συνήθως απαραίτητο να ολοκληρωθεί η παρασκευή με ένα μεγαλύτερο εργαλείο Pro Race.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ενδοδοντικής ακολουθίας, ξεπλύνετε επανειλημμένα με υποχλωριώδες (Endo Clor) και E.D.T.A. (Canal Prep) προκειμένου να απομακρυνθεί όλος ο νεκρωτικός ιστός και το οργανικό συστατικό του οδοντινικού πολτού.

Αποθήκευση

Η συσκευασία κυψέλης πρέπει να ανοίγει μόνο κατά τη στιγμή της χειρουργικής επέμβασης και υπό ελεγχόμενες ασηπτικές συνθήκες. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από την υγρασία και το άμεσο φως.

Προφυλάξεις

Πριν από τη χρήση, συνιστάται να ελέγχεται με τους ασθενείς για συχνά αλλεργία στις πρώτες ύλες.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντα χειρουργικά γάντια για προσωπική προστασία από βακτηριακή μόλυνση. Η παράλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη λοίμωξη.


Προειδοποιήσεις

- Συσκευή μιας χρήσης, δεν συνιστάται επαναχρησιμοποίηση για τον περιορισμό των προβλημάτων διασταυρούμενης μόλυνσης ή/και θραύσης.
- Μην χρησιμοποιείτε την κυψέλη εάν έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά.
- Εάν η συσκευασία παρουσιάζει σημάδια παραβίασης ή ζημιάς λόγω μεταφοράς ή οποιασδήποτε άλλης φύσης, τα όργανα που περιέχονται σε αυτήν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, καθώς ενδέχεται να έχουν χάσει τη στεριότητά τους.
- Ποτέ μην πιέζετε το όργανο με δύναμη μέσα στο κανάλι.
- Μην το χρησιμοποιείτε μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
- Πρέπει να αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σας κάθε σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχετε προμηθεύσει.

Αντενδείξεις

Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενείς με γνωστή αλλεργική ευαισθησία στις πρώτες ύλες.

Σύμβολα



Εγγύηση

Dental World αντικαθιστά το προϊόν εάν αποδειχθεί ελαττωματικό.

Dental World δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, άμεση ή επακόλουθη, που προκύπτει από.

απρόσεκτη χρήση ή αδύναμη χρήση του περιγραφόμενου προϊόντος. Πριν από τη χρήση, είναι ευθύνη του χρήστη, να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση απρόσεκτη χρήση.

Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

HU -Pro Race H.A.

Mechanikus gyökérkezelő műszerek

Leírás

A Pro Race H.A. gyökérkezelő műszerek Ni-Ti C New-Wire technológiával készülnek, amely a normál Ni-Ti műszerekhez képest nagyobb rugalmasságot és kiváló szilárdságot biztosít.

Indikációk

Kizárólag szakképzett személyzet által fogorvosi rendelőkben vagy kórházakban történő használatra.

Alkalmazási terület

Gyökércsatornák alakítása és tisztítása.

Mértékek

PRO RACE Heat Activation					
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Csomagolás

Steril eszköz 6 darabos buborékcsoomagolásban (válogatott vagy egyedi méretben).

Ajánlott eljárás

Működési protokoll:

- Gyökércsatorna-hozzáférés előkészítése.
- Válassza ki a csatornafelkészítéshez használandó Pro Race eszközt.
- Ha a csatorna szűknek tekinthető, használja az R25 eszközt. Ha a csatorna közepesnek tekinthető, használja az R40-es eszközt. Ha a csatorna szélesnek tekinthető, használja az R50-es eszközt.
- Előkészítés az R25 eszközzel: becsülje meg a gyökércsatorna hosszát a röntgenfelvétel segítségével, és állítsa be az eszközön lévő ütközőt a becsült hossz kb. 2/3-ára.
- Előkészítés az R40-R50 műszerrel: határozza meg elektronikusan a munkahosszat, és állítsa be a műszeren lévő ütközőt erre a hosszra.
- Irrigálja a csatornát E.D.T.A.-val (Canal Prep) és hipoklorit (Endo Clor).
- Helyezze be a műszert a csatornába, és nagyon enyhén nyomással lassan mozgassa apikálisan; a műszer ezután könnyen előre mozoghat. A felfelé és lefelé irányuló mozgások (átmenetek) amplitúdója nem haladhatja meg a 3 mm-t.
- 3 áthaladás után tisztítsa meg az eszközt, öblítse ki a csatornát és ellenőrizze annak átjárhatóságát.
- Ismételje meg, amíg a becsült munkahossz 2/3-át el nem éri.
- Az R25 műszer használata esetén a munkahosszat elektronikusan határozza meg. Az R40 és R50 műszer használata esetén a csatorna hosszának 2/3-ának elkészítése után elektronikusan ellenőrizze az eredetileg megállapított munkahosszat.
- Ezt követően addig ismételje, amíg a teljes munkahossz el nem éri.
- Határozza meg az apikális átmérőt a munkahosszig behelyezett Pro Race műszernél magasabb ISO kézi műszer behelyezésével. Ha a kézi műszert 0,7 mm-rel a munkahossz előtt helyezzük be, nincs szükség az apikális terület további meghosszabbítására. Ha a kézi eszköz a munkahosszig behelyezhető, akkor a preparációt általában egy nagyobb Pro Race eszközzel kell befejezni.

Az endodontiai szekvencia során ismételtlen öblítse ki

hipoklorit (Endo Clor) és E.D.T.A. segítségével (Canal Prep), hogy eltávolítsa minden nekrotikus szövetet és a dentinaliszap szerves komponensét.

Tárolás

A buborékcsoomagolást csak a műtét idején és ellenőrzött aszeptikus körülmények között szabad kinyitni. Szobahőmérsékleten, nedvességtől és közvetlen fénytől védve tárolandó.

Övintézkedések

Használat előtt ajánlott ellenőrizni a páciensekkel, hogy nem allergiásak-e a nyersanyagokra.

A bakteriális szennyeződés elleni személyes védelem érdekében mindig sebészeti kesztyű használata ajánlott. Ennek elmulasztása keresztfertőzést eredményezhet.

Figyelmeztetések

- Egyszer használatos eszköz, újrafelhasználása nem ajánlott a keresztfertőzéssel és/vagy töréssel kapcsolatos problémák korlátozása érdekében.
- Ne használja a buborékcsoomagolást, ha az felnyílt vagy sérült.
- Ha a csomagoláson manipulációra utaló jelek vagy szállításból vagy más okból eredő sérülés látható, a benne lévő műszerek nem használhatók, mivel elveszítettek sterilizáltsukat.
- Soha ne erőltesse az eszközt a csatornába.
- Ne használja a feltüntetett lejárati idő után.
- Az Ön által szállított orvostechnikai eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos eseményeket jelentenie kell a gyártónak és az Ön tagállamának illetékes hatóságának.

Ellenjavallatok

Ne használja olyan betegeknél, akiknek ismert allergiás érzékenysége van a nyersanyagokra.

Szimbólumok



Garancia

A Dental World kicseréli a terméket, ha az hibásnak bizonyul. A Dental World nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amely a leírt termék gondatlan használatából vagy használhatatlanságából ered. Gondatlan előtt a felhasználó felelőssége, hogy megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra. A gondatlan használatért a felhasználó vállalja a felelősséget.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

LV - Pro Race H.A.

Mehāniskie sakņu kanālu instrumenti

Apraksts

Pro Race H.A. sakņu kanālu instrumenti ir izgatavoti ar Ni-Ti C New-Wire tehnoloģiju, kas nodrošina lielāku elastību un augstāku izturību salīdzinājumā ar parastajiem Ni-Ti instrumentiem.

Indikācijas

Lietošanai zobārstniecības praksēs vai slimnīcās tikai kvalificētam personālam.

Lietošanas joma

Sakņu kanālu veidošana un tīrīšana.

Mērījumi

PRO RACE Heat Activation					
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Iepakojums

Sterilas ierīces blistera iepakojumā pa 6 gabaliem (dažādi vai atsevišķi izmēri).

Ieteicamā procedūra

Darba protokols:

- Sagatavot piekļuvi sakņu kanālam.
- Izvēlieties Pro Race instrumentu, kas tiks izmantots kanālu sagatavošanai.
- Ja kanāls ir šaurs, izmantojiet R25 instrumentu. Ja kanāls tiek uzskatīts par vidēju, izmantojiet R40 instrumentu. Ja kanāls ir plats, izmantojiet R50 instrumentu.
- Sagatavošana ar R25 instrumentu: novērtējiet sakņu kanāla garumu, izmantojot rentgenogrammu, un noregulējiet instrumenta aizbīdni līdz aptuveni 2/3 no novērtētā garuma.
- Sagatavošana ar R40-R50 instrumentu: elektroniski nosakiet darba garumu un pielāgojiet instrumenta ierobežošanu šim garumam.
- Irigējiet kanālu ar E.D.T.A. (Canal Prep) un hipohlorītu (Endo Clor).
- Ievietojiet instrumentu kanālā un lēnām virziet to apikāli, pielietojot ļoti vieglu spiedienu; tad instruments var viegli virzīties uz priekšu. Augšup un lejup veikt kustību (pāreju) amplitūda nedrīkst pārsniegt 3 mm.
- Pēc 3 gājieniem notīriet instrumentu, aplaistiet kanālu un pārbaudiet tā caurlaidību.
- Atkārtojiet, līdz sasniegtas 2/3 no paredzamā darba garuma.
- Ja izmantojat R25 instrumentu, darba garumu nosakiet elektroniski. Ja izmantojat R40 un R50 instrumentu, pēc 2/3 kanāla garuma sagatavošanas elektroniski pārbaudiet sākotnēji noteikto darba garumu.
- Pēc tam atkārtojiet, līdz ir sasniegts viss darba garums.
- Nosakiet apikālo diametru, ievietojot rokas instrumentu ISO augstāk par Pro Race instrumentu, kas ievietots līdz darba garumam. Ja rokas instruments ir ievietots līdz 0,7 mm pirms darba garuma, apikālā zona vairs nav jāpaplašina. Ja rokas instrumentu var ievietot līdz darba garumam, parasti preparācija ir jāpabeidz ar lielāku Pro Race instrumentu.

Visā endodontiskās procedūras laikā atkārtoti irigējiet ar hipohlorītu (Endo Clor) un E.D.T.A. (Canal Prep), lai noņemtu visus nekrotiskos audus un dentinālās suspensijas organisko komponentu.

Uzglabāšana

Blistru iepakojumu drīkst atvērt tikai operācijas laikā un kontrolētos aseptiskos apstākļos. Uzglabāt istabas temperatūrā, pasargāt no mitruma un tiešas gaismas.

Piesardzības pasākumi

Pirms lietošanas ieteicams pārbaudīt pacientiem, vai nav alerģijas pret izejvielām.
Personiskajai aizsardzībai pret bakteriālu piesārņojumu ieteicams vienmēr lietot ķirurģiskos cimdus. Ja tas netiek darīts, var rasties krusteniskā infekcija.


Brīdinājumi

- Vienreizējās lietošanas ierīce, atkārtota lietošana nav ieteicama, lai ierobežotu krusteniskās infekcijas un/vai bojājumu problēmas.
- Nelietojiet blisteri, ja tas ir atvērts vai bojāts.
- Ja uz iepakojuma ir ievērojama bojājuma pazīmes, kas radušās transportēšanas vai citu iemeslu dēļ, tajā esošos instrumentus nedrīkst izmantot, jo tie var būt zaudējuši sterilitāti.
- Nekad neiespiediet instrumentu kanālā ar spēku.
- Nelietot pēc norādītā derīguma termiņa beigām.
- Jums ir jāziņo ražotājam un dalībvalsts kompetentajai iestādei par visiem nopietniem negadījumiem, kas saistīti ar jūsu piegādāto medicīnas ierīci.

Kontrindikācijas

Nelietot pacientiem ar zināmu alerģisku jutību pret izejvielām.

Simboli



Garantija

Dental World nomina izstrādājumu, ja tas izstrādās bojāts. Dental World neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies aprakstītā izstrādājuma neuzmanīgas lietošanas vai nespējas to lietot dēļ. Pirms lietošanas lietotājs ir atbildīgs par to, lai noteiktu, vai izstrādājums ir piemērots tā lietošanai. Lietotājs uzņemas atbildību par neuzmanīgu lietošanu.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

LT - Pro Race H.A.

Mechaniniai šakny kanalų instrumentai

Aprašymas

Pro Race H.A. šakny kanalų instrumentai pagaminti naudojant Ni-Ti C New-Wire technologiją, kuri, palyginti su įprastais Ni-Ti instrumentais, pasižymi didesniu elastingumu ir didesniu tvirtumu.

Indikacijos

Skirta naudoti odontologijos kabinetuose arba ligoninėse tik kvalifikuotam personalui.

Taikymo sritis

Šakny kanalų formavimas ir valymas.

Priemonės

PRO RACE Heat Activation					
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Pakuotė

Sterilus prietaisas lizdinėje plokštelėje po 6 vienetus (asorti arba atskirų dydžių).

Rekomenduojama procedūra

Darbo protokolas:

- Paruoškite priegią prie šaknies kanalo.
- Pasirinkite Pro Race instrumentą, kuris bus naudojamas kanalui paruošti.
- Jei kanalas laikomas siauru, naudokite R25 instrumentą. Jei kanalas laikomas vidutinio dydžio, naudokite R40 instrumentą. Jei kanalas yra platus, naudokite R50 instrumentą.
- Preparavimas naudojant R25 instrumentą: pagal rentgenogramą įvertinkite šaknies kanalo ilgį ir nustatykite instrumento ribotumą maždaug 2/3 numatyto ilgio.
- Paruošimas naudojant R40-R50 instrumentą: elektroniniu būdu nustatykite darbinį ilgį ir pagal jį sureguliuokite instrumento ribotumą.
- Kanalą iriguokite E.D.T.A. (Canal Prep) ir hipochloritu (Endo Clor).
- Ištykite instrumentą į kanalą ir lėtai judinkite jį apytikriai, labai lengvai spausdami; tada instrumentas gali lengvai judėti į priekį. Judesių aukštyn ir žemyn (pasažų) amplitudė neturi viršyti 3 mm.
- Po 3 praėjimų išvalykite instrumentą, praplaukite kanalą ir patikrinkite jo praeinamumą.
- Kartokite, kol pasieksite 2/3 numatyto darbinio ilgio.
- Jei naudojate R25 instrumentą, darbinį ilgį nustatykite elektroniniu būdu. Jei naudojate R40 ir R50 instrumentą, paruošę 2/3 kanalo ilgio, elektroniniu būdu patikrinkite iš pradžių nustatytą darbinį ilgį.
- Vėliau kartokite, kol bus pasiektas visas darbinis ilgis.
- Nustatykite apikalinį skersmenį įkišdami rankinį instrumentą, kurio ISO aukštesnis už Pro Race instrumentą, įkištą iki darbinio ilgio. Jei rankinis instrumentas įkišamas iki 0,7 mm iki darbinio ilgio, apikalinės srities toliau plėsti nereikia. Jei rankinį instrumentą galima įkišti iki darbinio ilgio, paprastai preparavimą reikia užbaigti didesniu Pro Race instrumentu.

Per visą endodontinio gydymo seką pakartotinai iriguokite hipochloritu (Endo Clor) ir E.D.T.A. (Canal Prep), kad pašalintumėte visus nekrozinius audinius ir organinį dentino suspensijos komponentą.

Laikymas

lizdinė plokštelė turi būti atidaroma tik operacijos metu ir kontroliuojamomis aseptinėmis sąlygomis. Laikykite kambario temperatūroje, saugokite nuo drėgmės ir tiesioginės šviesos.

Atsargumo priemonės

Prieš naudojant rekomenduojama pasitikrinti, ar pacientai nėra alergiški žaliavoms.

Asmeninei apsaugai nuo bakterinio užteršimo rekomenduojama visada mėvėti chirurgines pirštines. To nepadarius, galima kryžminė infekcija.

Išpėjimai

- Vienkartinis prietaisas, pakartotinai naudoti nerekomenduojama, kad būtų apribotos kryžminės infekcijos ir (arba) gedimo problemos.
- Nenaudokite lizdinės plokštelės, jei ji atidaryta ar pažeista.
- Jei ant pakuotės yra pažeidimo požymių arba ji pažeista dėl transportavimo ar kitų priežasčių, joje esančių priemonių negalima naudoti, nes jos gali būti praradusius sterilitumą.
- Niekada neikiškite instrumento į kanalą jėga.
- Nenaudokite pasibaigus nurodytam galiojimo laikui.
- Apie bet kokius rimtus incidentus, susijusius su jūsų pateiktu medicinos prietaisu, privalote pranešti gamintojui ir savo valstybės narės kompetentingai institucijai.

Kontraindikacijos

Nenaudoti pacientams, kuriems žinomas alerginis jautrumas žaliavoms.

Simboliai



Garancia

A Dental World kicseréli a terméket, ha az hibásnak bizonyul. A Dental World nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetlen kárért vagy veszteségért, amely a leírt termék gondatlan használatából vagy használatatlanságából ered. Használat előtt a felhasználó felelőssége, hogy megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra. A gondatlan használatért a felhasználó vállalja a felelősséget.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

PL - Pro Race H.A.

Mechaniczne instrumenty do kanałów korzeniowych

Opis

Instrumenty kanałowe Pro Race H.A. wykonane są w technologii Ni-Ti C New-Wire, która zapewnia większą elastyczność i doskonałą wytrzymałość w porównaniu do zwykłych instrumentów Ni-Ti.

Wskazania

Do stosowania w gabinetach stomatologicznych lub szpitalach wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Zakres zastosowania

Kształtowanie i czyszczenie kanałów korzeniowych.

Miary

PRO RACE Heat Activation					
	∅	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Opakowanie

Sterylny przyrząd w opakowaniu typu blister po 6 sztuk (asortyment lub pojedyncze rozmiary).

Zalecane postępowanie

Protokół operacyjny:

- Przygotować dostęp do kanału korzeniowego.
- Wybrać instrument Pro Race, który będzie użyty do opracowania kanału.
- Jeżeli kanał jest uważany za wąski należy użyć instrumentu R25. Jeżeli kanał jest uważany za średni należy użyć instrumentu R40. Jeżeli kanał jest szeroki należy użyć instrumentu R50.
- Preparacja przy użyciu instrumentu R25: oszacować długość kanału korzeniowego na podstawie zdjęcia radiologicznego i ustawić ogranicznik na instrumencie na ok. 2/3 oszacowanej długości.
- Przygotowanie przy użyciu instrumentów R40-R50: określić elektronicznie długość roboczą i dopasować do niej ogranicznik na instrumencie.
- Podrażnij kanał przy użyciu E.D.T.A. (Canal Prep) i podchlorynu (Endo Clor).
- Wprowadzić instrument do kanału i powoli przesuwaj go apikalnie, wywierając bardzo lekki nacisk; instrument może wtedy łatwo przesuwać się do przodu. Amplituda ruchów w górę i w dół (przejścia) nie może przekraczać 3 mm.
- Po 3 przejściach oczyść instrument, przepłucz kanał i sprawdź jego drożność.
- Powtarzaj do momentu osiągnięcia 2/3 szacowanej długości roboczej.
- W przypadku stosowania instrumentu R25 długość roboczą należy określić elektronicznie. W przypadku stosowania instrumentu R40 i R50, po opracowaniu 2/3 długości kanału należy elektronicznie sprawdzić wstępnie ustaloną długość roboczą.
- Następnie powtórz tę czynność do momentu osiągnięcia całej długości roboczej.
- - Określić średnicę wierzchołkową wprowadzając instrument ręczny o ISO wyżej niż instrument Pro Race wprowadzony do długości roboczej. Jeśli instrument ręczny zostanie wprowadzony do 0,7 mm przed długością roboczą, nie jest konieczne dalsze poszerzenie obszaru wierzchołkowego. Jeżeli instrument ręczny można wprowadzić do długości roboczej, zwykle konieczne jest zakończenie preparacji przy użyciu większego instrumentu Pro Race.

Przez cały czas trwania sekwencji endodontycznej należy wielokrotnie irygować podchlorynem (Endo Clor) i E.D.T.A.

(Canal Prep) w celu usunięcia wszystkich tkanek martwiczych i organicznych składników zawiesiny zębinowej.

Przechowywanie

Opakowanie blisterowe powinno być otwierane tylko w czasie zabiegu i w kontrolowanych warunkach aseptycznych. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła.

Środki ostrożności

Przed użyciem zaleca się sprawdzenie u pacjenta czy nie ma alergii na surowce.

Zaleca się, aby zawsze używać rękawic chirurgicznych dla ochrony osobistej przed skażeniem bakteryjnym. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zakażenie krzyżowe.


Ostrzeżenia

- Wyrób jednorazowy, ponowne użycie nie jest zalecane w celu ograniczenia problemów z zakażeniem krzyżowym i/lub pęknięciem.
- Nie należy używać blistra, jeśli został otwarty lub uszkodzony.
- Jeśli opakowanie wykazuje ślady manipulacji lub uszkodzenia spowodowane transportem lub jakimkolwiek innym, zawarte w nim instrumenty nie mogą być używane, ponieważ mogły utracić sterylność.
- Nigdy nie wprowadzaj instrumentu do kanału na siłę.
- Nie używaj po wskazanej dacie ważności.
- Wszelkie poważne incydenty związane z dostarczonym wyrobem medycznym należy zgłaszać do producenta oraz do właściwego organu w danym państwie członkowskim.

Przeciwwskazania

Nie stosować u pacjentów ze znaną wrażliwością alergiczną na surowce.

Symbol



Gwarancja

Dental World wymieni produkt, jeśli okaże się on wadliwy. Dental World nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty, bezpośrednie lub wtórne, wynikające z nieostrożnego użycia lub niemożności użycia opisanego produktu. Przed użyciem użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do jego zastosowania. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za nieostrożne użytkowanie.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

PT - Pro Race H.A.

Instrumentos mecânicos de canal radicular

Descrição

Os instrumentos de canal radicular Pro Race H.A. são fabricados com tecnologia Ni-Ti C New-Wire, que proporciona maior elasticidade e resistência superior em comparação com os instrumentos normais de Ni-Ti.

Indicações

Para utilização em consultórios dentários ou hospitais apenas por pessoal qualificado.

Campo de aplicação

Moldagem e limpeza dos canais radiculares.

Medidas

PRO RACE Heat Activation					
	∅	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Embalagem

Dispositivo estéril em embalagem blister de 6 peças (de tamanhos variados ou individuais).

Procedimento recomendado

Protocolo de funcionamento:

- Preparar um acesso ao canal radicular.
- Seleccionar o instrumento Pro Race a ser utilizado para a preparação do canal.
- Se o canal for considerado estreito, utilizar o instrumento R25. Se o canal for considerado médio, utilizar o instrumento R40. Se o canal for considerado largo, utilizar o instrumento R50.
- Preparação com o instrumento R25: estimar o comprimento do canal radicular com a ajuda da radiografia e ajustar a paragem no instrumento para aproximadamente 2/3 do comprimento estimado.
- Preparação com o instrumento R40-R50: determinar electronicamente o comprimento de trabalho e ajustar o batente do instrumento a este comprimento.
- Irrigar o canal com E.D.T.A. (Canal Prep) e hipoclorito (Endo Clor).
- Inserir o instrumento no canal e movê-lo lentamente apicalmente, aplicando uma pressão muito leve; o instrumento pode então avançar facilmente. A amplitude dos movimentos de subida e descida (passagens) não deve exceder 3 mm.
- Depois de 3 passagens limpar o instrumento, irrigar o canal e verificar a sua patência.
- Repetir até 2/3 do comprimento de trabalho estimado ser atingido.
- Se utilizar o instrumento R25, determinar electronicamente o comprimento de trabalho. Se estiver a utilizar o instrumento R40 e R50, depois de preparar 2/3 do comprimento do canal, verificar electronicamente o comprimento de trabalho inicialmente estabelecido.
- Posteriormente, recapitular até que todo o comprimento de trabalho seja alcançado.
- Determinar o diâmetro apical inserindo um instrumento manual ISO mais alto do que o instrumento Pro Race inserido até ao comprimento de trabalho. Se o instrumento manual for inserido até 0,7 mm antes do comprimento de trabalho, não é necessária mais nenhuma extensão da área apical. Se o instrumento

manual puder ser inserido até ao comprimento de trabalho, é normalmente necessário terminar a preparação com um instrumento Pro Race maior.

Ao longo da sequência endodôntica, irrigue repetidamente com hipoclorito (Endo Clor) e E.D.T.A. (Canal Prep) a fim de remover todo o tecido necrótico e o componente orgânico do chorume dentinário.

Armazenamento

A embalagem bolha só deve ser aberta no momento da cirurgia e sob condições assépticas controladas. Armazenar à temperatura ambiente, longe da humidade e da luz directa.

Precauções

Antes da utilização, recomenda-se verificar com os doentes se existe alguma alergia às matérias-primas.

Recomenda-se a utilização de luvas cirúrgicas para protecção pessoal contra a contaminação bacteriana. Não o fazer pode resultar em infecção cruzada.


Avisos

- Dispositivo de utilização única, a reutilização não é recomendada para limitar problemas de infecção cruzada e/ou quebra.
- Não utilizar a bolha se aberta ou danificada.
- Se a embalagem apresentar sinais de manipulação ou danos devidos ao transporte ou qualquer outra natureza, os instrumentos nela contidos não podem ser utilizados, uma vez que podem ter perdido a esterilidade.
- Nunca forçar o instrumento a entrar no canal.
- Não utilizar após a data de validade indicada.
- Deve comunicar ao fabricante e à autoridade competente do seu Estado Membro quaisquer incidentes graves ocorridos em relação ao dispositivo médico que forneceu.

Contra-indicações

Não utilizar em doentes com sensibilidade alérgica conhecida às matérias-primas.

Símbolos



Garantia

Dental World substituirá o produto se este se revelar defeituoso.

Dental World não aceita responsabilidade por qualquer dano ou perda directa ou consequente resultante de utilização descuidada ou incapacidade de utilizar o produto descrito. Antes da utilização, é da responsabilidade do utilizador para determinar a adequação do produto à sua utilização. O utilizador assume a responsabilidade pela utilização uso descuidado.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

RO - Pro Race H.A.

Instrumente mecanice pentru canalul radicular

Descriere

Instrumentele de canal radicular Pro Race H.A. sunt fabricate cu tehnologia Ni-Ti C New-Wire, care oferă o elasticitate mai mare și o rezistență superioară în comparație cu instrumentele Ni-Ti normale.

Indicații

Pentru utilizare în cabinete stomatologice sau spitale numai de către personal calificat.

Domeniu de aplicare

Modelarea și curățarea canalelor radiculare.

Măsur

PRO RACE Heat Activation					
	∅	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Ambalaj

Dispozitiv esteril în blister de 6 bucăți (mărimi asortate sau individuale).

Procedura recomandată

Protocol de operare:

- Pregătiți un acces la canalul radicular.
- Selectați instrumentul Pro Race care va fi utilizat pentru pregătirea canalului.
- Dacă canalul este considerat îngust, utilizați instrumentul R25. Dacă canalul este considerat mediu, utilizați instrumentul R40. Dacă canalul este considerat larg, utilizați instrumentul R50.
- Pregătirea cu instrumentul R25: estimați lungimea canalului radicular cu ajutorul radiografiei și reglați opritorul de pe instrument la aproximativ 2/3 din lungimea estimată.
- Pregătirea cu instrumentul R40-R50: determinați electronic lungimea de lucru și reglați stop-ul de pe instrument la această lungime.
- Se irigă canalul cu E.D.T.A. (Canal Prep) și hipoclorit (Endo Clor).
- Introduceți instrumentul în canal și deplasați-l încet în partea apicală, aplicând o presiune foarte ușoară; instrumentul se poate deplasa apoi ușor înainte. Amplitudinea mișcărilor în sus și în jos (treceri) nu trebuie să depășească 3 mm.
- După 3 treceri, curățați instrumentul, irigați canalul și verificați permeabilitatea acestuia.
- Repetați până când se ating 2/3 din lungimea de lucru estimată.
- Dacă se utilizează instrumentul R25, determinați electronic lungimea de lucru. Dacă se utilizează instrumentul R40 și R50, după pregătirea a 2/3 din lungimea canalului, verificați electronic lungimea de lucru stabilită inițial.
- Ulterior, recapitulați până când se atinge întreaga lungime de lucru.
- Determinați diametrul apical prin introducerea unui instrument manual ISO mai mare decât instrumentul Pro Race introdus până la lungimea de lucru. Dacă instrumentul de mână este introdus până la 0,7 mm înainte de lungimea de lucru, nu este necesară o extindere suplimentară a zonei apicale. Dacă instrumentul de mână poate fi introdus până la lungimea de lucru, este de obicei necesar să se finalizeze pregătirea cu un instrument Pro Race mai mare.

Pe toată durata secvenței endodontice, irigați în mod repetat cu hipoclorit (Endo Clor) și E.D.T.A. (Canal Prep) pentru a

elimina toate țesuturile necrotice și componenta organică a suspensiei dentinare.

Depozitare

Blisterul trebuie deschis numai în momentul intervenției chirurgicale și în condiții aseptice controlate. A se păstra la temperatura camerei, ferit de umiditate și lumină directă.

Precauții

Înainte de utilizare, se recomandă să se verifice la pacienți dacă există vreo alergie la materiile prime.

Se recomandă să se utilizeze întotdeauna mănuși chirurgicale pentru protecție personală împotriva contaminării bacteriene. Nerespectarea acestui lucru poate duce la infecții încrucișate.


Avertismente

- Dispozitiv de unică folosință, nu se recomandă reutilizarea pentru a limita problemele de infecție încrucișată și/sau rupere.
- Nu utilizați blisterul dacă este deschis sau deteriorat.
- În cazul în care ambalajul prezintă semne de manipulare sau deteriorare din cauza transportului sau de orice altă natură, instrumentele conținute în el nu pot fi utilizate, deoarece este posibil să își fi pierdut sterilitatea.
- Nu forțați niciodată instrumentul în canal.
- Nu utilizați după data de expirare indicată.
- Trebuie să raportați producătorului și autorității competente din statul dumneavoastră membru orice incident grav apărut în legătură cu dispozitivul medical pe care l-ați furnizat.

Contraindicații

Nu utilizați la pacienții cu sensibilitate alergică cunoscută la materiile prime.

Simboluri



Garanție

Dental World va încerca să rezolve problema în cazul în care acesta se dovedește a fi defect.

Dental World nu își asumă răspunderea pentru orice daune sau pierderi, directe sau indirecte, care rezultă din utilizarea neglijentă sau din incapacitatea de a utiliza produsul descris. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat pentru utilizarea sa. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru utilizarea neglijentă.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

SV - Pro Race H.A.

Mekaniska rotfyllningsinstrument

Beskrivning

Pro Race H.A. rotfyllningsinstrument är tillverkade med Ni-Ti C New-Wire-teknik som ger större elasticitet och överlägsen styrka jämfört med vanliga Ni-Ti-instrument.

Indikationer

För användning i tandläkarmottagningar eller på sjukhus endast av kvalificerad personal.

Användningsområde

Utformning och rengöring av rotkanaler.

Mått

PRO RACE Heat Activation					
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm
● R25	25	0,8	144900710S	144900720S	144900725S
● R40	40	0,6	144900711S	144900721S	144900726S
● R50	50	0,5	144900712S	144900722S	144900727S
R25-R50	--	--	144900713S	144900723S	144900728S

Förpackning

Steril anordning i blisterförpackning med 6 stycken (sorterade eller individuella storlekar).

Rekommenderat förfarande

Operativt protokoll:

- Förbered en rotkanalsåtkomst.
- Välj det Pro Race-instrument som ska användas för kanalpreparation.
- Om kanalen anses vara smal används R25-instrumentet. Om kanalen anses vara medelstor används R40-instrumentet. Om kanalen anses bred används R50-instrumentet.
- Preparation med R25-instrumentet: Uppskatta rotkanalens längd med hjälp av röntgenbilden och justera stoppet på instrumentet till ca 2/3 av den uppskattade längden.
- Förberedelse med R40-R50-instrumentet: Bestäm arbetslängden elektroniskt och justera stoppet på instrumentet till denna längd.
- Irrigera kanalen med E.D.T.A. (Canal Prep) och hypoklorit (Endo Clor).
- För in instrumentet i kanalen och för det långsamt apikalt, med mycket lätt tryck; instrumentet kan sedan lätt förflyttas framåt. Amplituden av upp- och nedåtrörelserna (passagerna) får inte överstiga 3 mm.
- Efter 3 passager rengör du instrumentet, spolar kanalen och kontrollerar dess genomsläpplighet.
- Upprepa tills 2/3 av den beräknade arbetslängden har uppnåtts.
- Om du använder R25-instrumentet ska arbetslängden bestämmas elektroniskt. Om du använder R40- och R50-instrumentet, kontrollera elektroniskt den ursprungligen fastställda arbetslängden efter att ha förberett 2/3 av kanalens längd.
- Återupprepa därefter tills hela arbetslängden är uppnådd.
- Bestäm den apikala diametern genom att föra in ett handinstrument som är ISO högre än Pro Race-instrumentet som förts in fram till arbetslängden. Om handinstrumentet förs in upp till 0,7 mm före arbetslängden behövs ingen ytterligare förlängning av det apikala området. Om handinstrumentet kan föras in fram till arbetslängden är det vanligtvis nödvändigt att avsluta preparationen med ett större Pro Race-instrument.

Under hela den endodontiska sekvensen ska du upprepa gånger spola med hypoklorit (Endo Clor) och E.D.T.A. (Canal Prep) för att avlägsna all nekrotisk vävnad och den organiska komponenten i dentinal slurry.

Förvaring

Blisterförpackningen får endast öppnas vid tidpunkten för operationen och under kontrollerade aseptiska förhållanden. Förvaras i rumstemperatur, borta från fukt och direkt ljus.

Försiktighetsåtgärder

Före användning rekommenderas att kontrollera de patienterna om det finns någon allergi mot råvaror. Det rekommenderas att alltid använda kirurgiska handskar för personligt skydd mot bakteriell kontaminering. Underlåtenhet att göra detta kan leda till korskontaminering.


Varningar

- Engångsutrustning, återanvändning rekommenderas inte för att begränsa problem med korsinfektion och/eller brott.
- Använd inte blistern om den är öppnad eller skadad.
- Om förpackningen uppvisar tecken på manipulering eller skador på grund av transport eller av annat slag, får instrumenten i förpackningen inte användas eftersom de kan ha förlorat sin sterilitet.
- Tvinga aldrig in instrumentet i kanalen med våld.
- Använd inte efter det angivna utgångsdatumet.
- Du måste rapportera alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med den medicintekniska produkt som du har levererat till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i din medlemsstat.

Kontraindikationer

Använd inte till patienter med känd allergisk känslighet för råvaror.

Symboler



Garanti

Dental World ska ersätta produkten om den visar sig vara defekt.

Dental World tar inte ansvar för skador eller förluster, direkta eller indirekta, som beror på vårdslös användning eller oförmåga att använda den beskrivna produkten. Före användning är det användarens ansvar att avgöra om produkten är lämplig för sitt användningsområde. Användaren tar på sig ansvaret för vårdslös användning.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it