

Linea Maximus

Fili per legature e legature preformate in metallo

Descrizione

Legature in acciaio, sia preformate che in bobina: preformate per ridurre i tempi di lavoro, per un facile ancoraggio e facile l'impiego; in bobina per la comodità di tagliare il filo sempre a misura, adattandolo quindi in pochi secondi a tutti i casi.

Indicazioni d'uso

Le legature sono impiegate per il fissaggio dell'arco nello slot del bracket, fissaggio degli ausili nel e sul bracket, tubo buccale arco o altri accessori.

Procedura raccomandata

- Nel caso di fili per legature, tagliare il filo alla lunghezza desiderata.
- Disporre la legatura in uso sull'arco sotto l'alletta del bracket e ruotare l'estremità con uno strumento adeguato fino a raggiungere il fissaggio desiderato.
- Accorciare l'estremità attorcigliata e piegarla dietro l'arco vicino al bracket con l'ausilio di un adattatore per legature.
- Se la legatura a filo viene ruotata eccessivamente si rischia di provocare deformazioni e rotture al bracket, arco e legatura oltre a scheggiare il rivestimento.
- Attorcigliando la legatura, fare attenzione a non graffiare l'arco o il rivestimento con lo strumento impiegato.

Avvertenze

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Attenzione a non lesionare le labbra e le mucose del paziente durante il taglio delle estremità della legatura.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Istruire i pazienti a non masticare o mordere sostanze dure come caramelle dure, ghiaccio, carote, ecc.
- In caso di reazione allergica, rimuovere immediatamente il dispositivo.
- Il prodotto contiene nichel pertanto in caso di sospetta o accertata allergia / sensibilità del paziente non utilizzare in alcun modo.

- Rispettare le disposizioni nazionali sullo smaltimento.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

- Insufficiente igiene orale del paziente.
- Allergie note nei confronti di uno dei componenti del prodotto.
- Malattie generali/di base che non permettono alcun trattamento ortodontico.

Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Non disperdere nell'ambiente.

Simboli



Codice prodotto



Numero lotto



Data di produzione



Non riutilizzare



Non sterile



Attenzione



Istruzioni d'uso



Dispositivo medico



Identificazione unica del dispositivo



Fabbricante

Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Linea Maximus

Wire for ligatures and preformed metal ligatures

Description

Steel bindings, both preformed and in coils: preformed to reduce working time, for easy anchoring and easy use; in coils for the convenience of always cutting the wire to size, thus adapting it in seconds to all cases.

Indications for use

Ligatures are used for fixation of the arch in the bracket slot, fixation of aids in and on the bracket, buccal arch tube or other accessories.

Recommended procedure

- In the case of ligature wires, cut the wire to the desired length.
- Place the ligature in use on the arch under the bracket flap and twist the end with a suitable tool until the desired fixation is achieved.
- Shorten the twisted end and bend it behind the arch near the bracket using a ligature adapter.
- Twisting the wire ligature excessively may cause deformation and breakage to the bracket, arch and ligature as well as chipping the coating.
- When twisting the ligature, be careful not to scratch the bow or covering with the tool used.

Warnings

- The product should be used by qualified professional orthodontists.
- Be careful not to injure the patient's lips and mucous membranes when cutting the ligature ends.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non sterile product.
- Instruct patients not to chew or bite hard substances such as hard candies, ice, carrots, etc.
- In case of allergic reaction, remove the device immediately.
- The product contains nickel so in case of suspected or established allergy/sensitivity of patient do not use in any way.
- Comply with national disposal regulations.

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the

manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.

Controindicazioni

- Insufficiente igiene orale del paziente.
- Allergie note nei confronti di uno dei componenti del prodotto.
- Malattie generali/di base che non permettono alcun trattamento ortodontico.

Contraindications

- Store at room temperature.
- Store properly in its packaging.
- Do not disperse in the environment.

Symbols



Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it