

Linea Maximus

Retainer ortodontico

Descrizione

L'applicazione fissa del retainer ortodontico sui denti, per un certo periodo di tempo, aiuta a mantenere il risultato ottenuto con gli apparecchi correttivi e a evitare recidive dentali.

Nel corso degli anni infatti si possono presentare malocclusioni dentarie che derivano da affollamento o da recidive.

Il retainer si può applicare in diversi modi sui denti, andando da canino a canino inferiore e solitamente non causa fastidi o disagi ai pazienti. Inoltre, questo strumento si usa anche per la fissaggio di denti parodontalmente compromessi oppure a seguito di trauma dentario, per ottenere una stabilizzazione dentaria.

Indicazioni d'uso

Ritenzione (prolungata) al termine del trattamento attivo.

Procedura raccomandata

- Scegliere la misura più adeguata riferendosi al modello e adattare il segmento a filo alle superfici linguali dei denti.
- Per il bonding utilizzare un comune adesivo osservando le istruzioni del produttore.
- Le basi di adesione non si devono toccare a mani nude, poiché lo sporco che ne deriva può ridurne l'aderenza.

Avvertenze

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Istruire i pazienti a non masticare o mordere sostanze dure come caramelle dure, ghiaccio, carote, ecc.
- In caso di reazione allergica, rimuovere immediatamente il dispositivo.
- Il prodotto contiene nichel pertanto in caso di sospetta o accertata allergia / sensibilità del paziente non utilizzare in alcun modo.
- Rispettare le disposizioni nazionali sullo smaltimento.

verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

- Insufficiente igiene orale del paziente.
- Allergie note nei confronti di uno dei componenti del prodotto.
- Malattie generali/di base che non permettono alcun trattamento ortodontico.

Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Non disperdere nell'ambiente.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave

 **0425**

REV.00_12/2022

Linea Maximus

Orthodontic retainer

Description

The fixed application of orthodontic retainer on teeth over a period of time helps to maintain the result obtained with corrective braces and avoid dental recurrences. In fact, dental malocclusions resulting from crowding or recurrence may occur over the years. The retainer can be applied in different ways on teeth, going from canine to lower canine, and usually causes no discomfort or inconvenience to patients. In addition, this instrument is also used for the fixation of periodontally compromised teeth or following dental trauma to achieve dental stabilization.

Indications for use

Retention (prolonged) at the end of active treatment.

Recommended procedure

- Choose the most appropriate size by referring to the model and fit the flush segment to the lingual surfaces of the teeth.
- Use a common adhesive for bonding by observing the manufacturer's instructions.
- Bonding bases should not be touched with bare hands, as the resulting dirt can reduce their adhesion.

Warnings

- The product should be used by qualified professional orthodontists.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non sterile product.
- Instruct patients not to chew or bite hard substances such as hard candies, ice, carrots, etc.
- In case of allergic reaction, remove the device immediately.
- The product contains nickel so in case of suspected or established allergy/sensitivity of patient do not use in any way.
- Comply with national disposal regulations.

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.

Controindicazioni

- Insufficiente igiene orale del paziente.
- Allergie note nei confronti di uno dei componenti del prodotto.
- Malattie generali/di base che non permettono alcun trattamento ortodontico.

Contraindications


- Store at room temperature.
- Store properly in its packaging.
- Do not disperse in the environment.

Symbols



Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it